

ÜRÜN KODU:SP-KS-100

**NİTRİT TESTİ (test çubuğu yöntemi ile)**

- 1) Sadece gerektiği kadar test çubuğu çıkartın. Test çubuğunu aldıktan sonra hemen kabın ağzını kapatın. Test alanına dokunmayın.
- 2) Çubuğu 1 saniyelğine ölçüm yapılacak sıvıya batırınız. (pH 2-12)
- 3) Sıvının içinde sallayınız.
- 4) 60 saniye bekleyiniz.
- 5) Renk skalasında karşılaştırınız. Eğer nitrit mevcutsa test çubuğunda renk turuncudan kırmızıya döner.

Ölçüm Aralığı: 0.1-3 g/L NO<sub>2</sub><sup>-</sup>, 100-3000 PPM NO<sub>2</sub><sup>-</sup>Renk Derecelendirmesi: 0=0 PPM NO<sub>2</sub><sup>-</sup>0.1=100 PPM NO<sub>2</sub><sup>-</sup>0.3=300 PPM NO<sub>2</sub><sup>-</sup>0.6=600 PPM NO<sub>2</sub><sup>-</sup>1=1000 PPM NO<sub>2</sub><sup>-</sup>2=2000 PPM NO<sub>2</sub><sup>-</sup>3=3000 PPM NO<sub>2</sub><sup>-</sup>