

KLORÜR TESTİ

Klorür (Duyarlık 1 damla = 30 mg/l (ppm)) Metodu :

- 1) Test tüpü, test edilecek su ile birkaç kere çalkalanır.
 - 2) Test tüpünün 5 ml. işaret çizgisine kadar enjektör vasıtası ile test edilecek su doldurulur.
 - 3) Üç damla Klorür İndikatör Çözeltisi damlatılır, renk sarı olur.
 - 4) Renk kiremit rengine dönene kadar damla damla ve damlaları sayarak ayarlı Gümüş Nitrat Çözeltisi damlatılır.
- Her damla 30 ppm klorüre tekabül eder.
- 5) Renk kiremit rengine dönünce; Damla sayısı x 30 = mg/l (ppm) klorürdür(Cl⁻)

