

**KLOR TESTİ****ÜRÜN KODU:SP-KS-194**

Suda Klor Test Kiti-O.Tolidin(Duyarlık Klor 0,1-3,0 ppm)

1. Test tüpü test edilecek su ile birkaç kere çalkalanır.
2. Test tüpü klor tarafının işaretli yerine kadar test edilecek su ile doldurulur(sarı kapaklı bölüm)
3. Klor indikatöründen 4 damla damlatılır. Kapağı kapatılarak kuvvetlice çalkalanır.
- 4.Oluşan renk klor renk eşeli ile karşılaştırılır. Benzer renk klor miktarını ppm(mg/l) biriminden gösterir.

